

Số: 100/TB-BVMND

Ninh Bình, ngày 28 tháng 9 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Ông silicon dùng trong phẫu thuật mắt của bệnh viện Mắt Nam Định năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp thiết bị y tế tại Việt Nam

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-BVMND ngày 25/9/2026 của Bệnh viện Mắt Nam Định về việc phê duyệt kế hoạch mua ống silicon dùng trong phẫu thuật mắt của bệnh viện Mắt Nam Định năm 2026.

Bệnh viện Mắt Nam Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua ống silicon dùng trong phẫu thuật mắt của bệnh viện Mắt Nam Định năm 2026 với những nội dung sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Mắt Nam Định

Địa chỉ: Số 269 đường Phù Nghĩa, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Trần Thị Thúy – Phòng Kế hoạch vật tư – bệnh viện Mắt Nam Định

Số điện thoại: 0944464396

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Đơn vị quan tâm gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Kế hoạch vật tư - Bệnh viện Mắt Nam Định, số 269 đường Phù Nghĩa, phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình hoặc gửi bản scan qua email: Phongkehoachbvmnd@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 28/9/2026 đến trước ngày 09/10/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 09/10/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Chi tiết danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá: Chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Bệnh viện Mắt Nam Định rất mong nhận được sự quan tâm và bản báo giá tốt nhất của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu KHVT, VT.



PHỤ LỤC
(Kèm theo yêu cầu báo giá số 100/TB-BV/MND ngày 28/9/2026 của Bệnh viện Mắt Nam Định)

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Khối lượng	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
1.	Dây silicon nối lệ quản	Cái	20	- Chất liệu: Silicon y tế - Chiều dài dây $\geq 40\text{mm}$ - Đường kính dây $\geq 0,64\text{mm}$ - Đường kính vành nút $\leq 2\text{mm}$ - Vô trùng - Xuất xứ: G7, đạt tiêu chuẩn ISO 13485
2.	Dây silicon mổ sụp mí theo phương pháp treo cơ trán	Cái	20	- Chất liệu: Silicon y tế, có đầu nối cố định sleeve bằng silicon giúp kiểm soát lực căng/ lực kéo tốt hơn. - Hai kim đầu nhọn, chất liệu kim loại, chiều dài $\leq 58\text{mm}$ - Không cần mô tự thân - Xuất xứ: G7, đạt tiêu chuẩn ISO 13485
Tổng cộng: 02 danh mục				